№п/п	Наименование товара	Требуемое значение характеристики товара	Количество	Ед. измерения
1.5	Ланцет для капиллярного забора крови с иглой 29G и глубиной прокола 1,5 мм № 200	Ланцет. Длина корпуса устройства не менее 45 мм. Наличие пластикового защитного стержня, обеспечивающего полную стерильность ланцета до его использования. Конструкция прибора должна обеспечивать безусловную визуализацию использованного ланцета. Одноразовый, саморазрушающийся. Ланцеты в зависимости от глубины прокола имеют цветовую кодировку. Игла 29G покрытая силиконом, глубина прокола 1,5 мм. Срок годности продукции после поставки не менее 48 месяцев. Количество в упаковке: не менее 200 штук		Уп.